



Sayı : 26325996/
Konu : Tıbbi Cihaz Kimlik Kartında Bulunması
Gereken Bilgiler

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 15.11.2018 tarih ve 80981279-809.99-E.1238 sayılı yazı.

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane Seti'nde yer alan DMC04.02 kodlu "Tıbbi cihazların cihaz kimlik kartı bulunmalıdır" değerlendirme ölçütünün uygulanmasına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelendi.

Sağlıkta kalite standartlarının uygulanması sırasında, gerektiğinde standart bazında amaçsal yorumlama yapılmalı, süreçler, standartların verimlilik, etkililik, zamanlılık, uygunluk, etkinlik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, süreklilik hedeflerine uygun olmak koşulu ile iş gücü ve emeğin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Dolayısı ile, amaçsal yorumlandığında, MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi)'de yer alan bilgileri (cihaz adı, seri numarası, marka, demirbaş numarası, künye numarası, bölümü gibi) içeren kare kodlu etiketin, söz konusu standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağladığı, ayrıca SKS Hastane setine ilişkin yeniden gözden geçirme ve düzenleme sürecinde, cihaz kimlik kartı hakkındaki kavramsal belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.

Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Daire Başkanı