

## Ek-1 : CİHAZ DURUMU AÇIKLAMALARI

### CİHAZ DURUMU : AKTİF

Sağlık hizmet sunumunda kullanılan, kullanılabilir durumda olan biyomedikal nitelikli envanterin çalışma durumu “AKTİF” olarak işaretlenecektir.

Cihazın Durumu:  Aktif  Pasif  Arızalı

Pasif ve Arızalı ise Nedeni

Kaydet

### CİHAZ DURUMU : PASİF

Sağlık hizmet sunumunda kullanılabilir durumda olan ancak belirli eksiklikler ve / veya planlama sebebi ile henüz kullanıma alınmamış, kullanıma alıma hazır olan biyomedikal nitelikli envanterin çalışma durumu “PASİF” olarak işaretlenecektir.

Cihaz durum bilgisi “PASİF” olarak tanımlanan envanterin kullanıma alınmamasına dair 7 temel sebepten biri seçilerek belirtilecektir.

UBB Barkodu: [ ]

Edinme Yılı: 2014

Üretim Yılı: 2014

Garanti Süresi(Yıl):2

Cihazın Durumu:  Aktif  Pasif

YETKİN PERSONEL EKSİKLİĞİ  
AKSESUAR EKSİKLİĞİ  
ALTYAPI ELEKTRİK, SIHHi, İNŞA, YAKIT VB.) EKSİKLİĞİ  
SARF MALZEME EKSİKLİĞİ  
İHTİYAÇ FAZLASI  
YATIRIM PLANLAMASI KAPSAMINDA  
YEDEK (İKAME) KAPSAMINDA

Kaydet

**Pasif Nedeni 1 - Yetkin Personel Eksikliği** : Envanterin sağlık hizmet sunumunda kullanılmasını sağlayacak olan sağlık profesyoneli (hekim, sağlık teknikeri, hemşire gibi) eksikliği sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Personel planlaması, ayrılışı sebebi ile envanter belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 2 - Aksesuar Eksikliği** : Envanterin sağlık hizmet sunumunda kullanılmasını sağlayacak olan opsiyonel ve / veya vazgeçilmez aksesuarlarının (USG Probu, sinyal yazıcı, monitör gibi) kullanım dışı kalması, tükenmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Arıza durumunda bu seçenek kullanılmayacak olup cihaz aksesuarlarının farklı envanterde kullanıma alınması, birden fazla envanterin bir sistem halinde bütünleşik olarak çalıştığı ancak sistem bileşenlerinden birinin arızalanması / hurdaya ayrılması sebebi ile envanter çalışabilir olmasına rağmen belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 3 - Altyapı Eksikliği** : Envanterin sağlık hizmet sunumunda kullanılmasını sağlayacak olan elektrik, sıhhi tesisat gibi altyapı eksiklikleri ile ruhsatlandırmaya esas zırlama, iklimlendirme gibi altyapı gereksinimlerinin eksikliği sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Yapı, inşaa, tesisat kurulumu planlamaları gibi sebepler ile envanter belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 4 – Sarf Malzeme Eksikliği** : Envanterin sağlık hizmet sunumunda kullanılmasını sağlayacak olan hasta bazlı sarf, ortak sarf niteliğindeki malzemelerin eksikliği sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Tedarik planlaması, stok ve sipariş yönetim süreçlerindeki aksaklıklar sebebi ile envanter belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 5 – İhtiyaç Fazlası** : Envanterin sağlık hizmet sunumunda kullanılmasında hizmet sunumunun farklı envanter ve imkanlar ile gerçekleştirilebilmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Teknolojik gelişim sebebi ile kullanım dışı kalan, stok fazlası olması sebebi ile envanter belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 6 – Yatırım Planlaması Kapsamında** : Sağlık hizmet sunumuna açılması planlanan yeni klinik, tesis veya özellikli hizmet sunumu sebebi ile tedarik edilen ancak personel eksikliği, yapı – inşaa süreçlerinin tamamlanması sebebi ile henüz hizmet sunumuna başlanamaması sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Personel, yapı – inşaa, tedarik süreçlerindeki aksaklıklar sebebi ile envanter belirli dönemlerle pasif duruma gelebilir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

**Pasif Nedeni 7 – Yedek (İkame) Kapsamında** : Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve / veya acil müdahale sebebi ile ikame amaçlı yedek tutulan envanterin kullanım dışı kaldığını bildirir. Bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

## Ek-1 : CİHAZ DURUMU AÇIKLAMALARI

### CİHAZ DURUMU : ARIZALI

Sağlık hizmet sunumunda kullanılamaz durumda olan ancak belirli arıza onarım hizmeti ile kullanıma alınabilecek olan biyomedikal nitelikli envanterin çalışma durumu "ARIZALI" olarak işaretlenecektir.

Cihaz durum bilgisi "ARIZALI" olarak tanımlanan envanterin kullanıma alınmamasına dair 6 temel sebepten biri seçilerek belirtilecektir.

Edinme Yılı:	2014	YEDEK PARÇA VEYA SENSÖR ARIZASI ANAKART, İŞLEMCI KART ARIZASI BAĞLANTI KABLOLARI, ADAPTÖR ARIZASI YAZILIM ARIZASI METROLOJİ (ÖLÇÜM LİMİTLERİNİN AŞILMASI) KAYNAKLI ARIZA HEK SÜRECİNDE
Üretim Yılı:	2014	
Garanti Süresi(Yıl):	2	
Cihazın Durumu:	<input checked="" type="radio"/> Aktif <input type="radio"/>	
		<input type="button" value="Kaydet"/>

Arıza Nedeni 1 – Yedek Parça veya Sensör Arızası : Envanterin invaziv müdahale ile elektronik aksam, güç kaynağı gibi yedek veya invaziv / noninvaziv sensör onarımı / değişimi gerektirmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile arıza onarımı, parça değişimi faaliyet gereksinimi sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter arıza hata kodları ve / veya servis raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

Arıza Nedeni 2 – Anakart, İşlemci Kart Arızası : Envanterin invaziv müdahale ile anakart, işlemci, görüntü işleme kartı gibi elektronik kart onarımı / değişimi gerektirmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile arıza onarımı, parça değişimi faaliyet gereksinimi sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter arıza hata kodları ve / veya servis raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

Arıza Nedeni 3 – Bağlantı Kabloları, Adaptör Arızası : Envanterin noninvaziv ve / veya invaziv müdahale ile güç kablosu, bağlantı kablosu, adaptör, bağlantı ekipmanları onarımı / değişimi gerektirmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile arıza onarımı, parça değişimi faaliyet gereksinimi sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter arıza hata kodları ve / veya servis raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

Arıza Nedeni 4 – Yazılım Arızası : Envanterin kullanıcı veya servis programlarında güncelleme, düzeltme, kurulum gibi yazılımsal müdahale gerektirmesi sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile uzaktan bağlantı veya yerinde müdahale ile bilişim faaliyeti gereksinimi sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter arıza hata kodları ve / veya servis raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

Arıza Nedeni 5 – Metroloji Kaynaklı Arıza : Envanterin günlük kullanıcı kontrolleri, cihaz açılış testleri (self-test) veya periyodik metroloji faaliyetleri sonucunda ölçüm sonuçları kabul edilebilir değerler dışında kalması sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile arıza onarımı, ayar ve sıfırlama işlemleri gereksinimi sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter arıza hata kodları, servis raporları ve / veya metroloji raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.

Arıza Nedeni 6 – HEK Sürecinde : Envanterin arıza onarım ve / veya işletme maliyetleri sebebi ile ekonomik ömrünü tamamlaması sebebi ile kullanım dışı kaldığını bildirir. Kurum içi veya kurum dışı kaynaklar ile kaynak geliştirme faaliyeti yürütülmesi, hurda taşınır işlemleri sürecindeki iş ve işlemler sebebi ile envanter belirli dönemlerle arızalı duruma gelebilir. Envanter teknik kanaat raporları ile tespit edilen bu durumda bu seçenek kullanılacaktır.